

Certified value

発光分析用アルミニウム標準試料組成表[DCディスク]

単位:%(質量分率)

Alloy	Series		Si Sb	Fe Zr	Cu Be	Ti Ga	Mn Co	Mg Cd	V In	Ni B	Zn Sr	Cr Na	Sn Ca	Pb P	Bi Li	Ag Ba
ADC10	N-DC3	保証値 不確かさ(±)	9.30 0.09	0.486 0.008	3.53 0.12	0.056 0.004	0.281 0.013	0.138 0.005	0.024 0.002	0.103 0.005	0.308 0.012	0.103 0.004	0.067 0.004	0.055 0.003	0.0095 0.0004	
		保証値 不確かさ(±)	0.0095 0.0004			0.0091 0.0005	0.0055 0.0003				(0.0065) 0.0008	(0.0029) 0.0006	0.0027 0.0002	0.0049 0.0004		

不確かさは、拡張不確かさ(k=2)を示す

Uncertainty