



"Excellence Laboratory Technische Compliance Level III" der GAZ GmbH (Bescheinigung Nr. GAZ-TCL-12-02-14-01)

ZERTIFIZIERTES REFERENZMATERIAL

SX09-15

Dolomitstein

Version: 001 Datum der Zertifizierung: 20.10.17 Probenform: Pulver < 0.125 mm

Analyt	Einheit	Zertifizierter Wert	Vertrauensbereich (95%)	Anzahl Wiederholserien	Mess-Methode*
CaO	%	30.59	0.09	5	1
SiO ₂	%	0.035	0.004	5	1
Fe ₂ O ₃	%	0.191	0.003	6	1
MnO	%	0.050	< 0.001	6	1
P ₂ O ₅	%	0.008	0.001	6	1
Al ₂ O ₃	%	0.019	0.003	6	1
MgO	%	21.21	0.08	5	1
Na ₂ O	%	0.026	0.001	3	2
K ₂ O	%	0.007	0.001	3	2

* Mess-Methode

1: Röntgenfluoreszenzspektrometrie

2: Atomabsorptionsspektrometrie